

Temperaturprüfschrank VT 4018

GWP-Inv.# 591



1. Geräteparameter

- Hersteller Vötsch
- Prüfraumvolumen: 190 l
- Max. Prüflingsgröße (H x B x T, in cm): ca. 74 x 57 x 43
- Temperaturbereich: -40 bis +180 °C
- Temperaturänderungsgeschwindigkeit: ± 3 K

2. Akkreditierter Prüfbereich

- Temperaturbereiche: -40°C bis +180°C

3. Beispielhafte Prüfnormen

- DIN EN 60068-2-1
- DIN EN 60068-2-2
- DIN EN 60068-2-14

