

Klimaprüfschrank WK11/1000/40/5

GWP-Inv.# 746



1. Geräteparameter

- Hersteller: Weiss Umwelttechnik
- Prüfraumvolumen: 990 l
- Max. Prüflingsgröße (H x B x T, in cm): ca. 90 x 90 x 90
- Temperaturbereich: -40 bis +180 °C
- Temperaturänderungsgeschwindigkeit: ± 5 K

2. Akkreditierter Prüfbereich

- Temperaturbereiche: -40°C bis +180°C
- Feuchtigkeitsbereiche: 0% r.F. bis 97% r.F.

3. Beispielhafte Prüfnormen

- DIN EN 60068-2-1
- DIN EN 60068-2-2
- DIN EN 60068-2-14
- DIN EN 60068-2-30
- DIN EN 60068-2-78

