

# Salzsprühnebelkammer SC450/KWT

## GWP-Inv.# 785



### 1. Geräteparameter

- Hersteller: Weiss Umwelttechnik
- Prüfraumvolumen: 0,4 m<sup>3</sup>
- Prüfraumgröße: (H x B x T, in cm): ca. 74 x 85 x 57
- Temperaturbereich: 35°C bis 55°C

### 2. Akkreditierter Prüfbereich

- Temperaturbereiche: 35 °C bis 55 °C
- Feuchtigkeitsbereiche: ≤100 % r.F

### 3. Beispielhafte Prüfnormen

- DIN EN ISO 9227
- DIN EN 60068-2-52
- DIN EN ISO 6270-2
- MIL 810
- ASTM B117

