

Klimaprüfschrank Vötsch VC 0057

GWP-Inv.# 809



1. Geräteparameter

- Hersteller: Vötsch Industrietechnik
- Prüfraumvolumen: 570 l
- Prüfraumgröße (H x B x T, in cm): ca. 85 x 82 x 80
- Temperaturbereich: +10 °C bis +90 °C
- Temperaturänderungsgeschwindigkeit: ± 1 K
- Feuchtigkeitsbereiche: 30 % r.F. bis 95 % r.F.

2. Akkreditierter Prüfbereich

- Temperaturbereiche: -40 °C bis +180 °C
- Feuchtigkeitsbereiche: 0 % r.F. bis 97 % r.F.

3. Beispielhafte Normen

- DIN EN 60068-2-2
- DIN EN 60068-2-14
- DIN EN 60068-2-30
- DIN EN 60068-2-78

