

Klimaprüfschrank Weiss C600-40

GWP-Inv.# 820



1. Geräteparameter

- Hersteller: Fa. Weiss
- Prüfraumvolumen: 600 l
- Prüfraumgröße (H x B x T, in cm): ca. 95 x 80 x 80
- Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C
- Temperaturänderungsgeschwindigkeit: ± 3 K

2. Akkreditierter Prüfbereich

- Temperaturbereiche: -40 °C bis +180 °C
- Feuchtigkeitsbereiche: 10 % r.F. bis 97 % r.F.

3. Beispielhafte Prüfnormen

- DIN EN 60068-2-1
- DIN EN 60068-2-2
- DIN EN 60068-2-14
- DIN EN 60068-2-30
- DIN EN 60068-2-78

