

Klimaprüfschrank Binder MKF 240

GWP-Inv.# 822, # 823



1. Geräteparameter

- Hersteller: Binder GmbH
- Prüfraumvolumen: 228 l
- Prüfraumgröße (H x B x T, in cm): 70 x 73 x 44
- Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C
- Temperaturänderungsgeschwindigkeit: ± 5 K

2. Akkreditierter Prüfbereich

- Temperaturbereiche: -40 °C bis +180 °C
- Feuchtigkeitsbereiche: 10 % r.F. bis 97 % r.F.

3. Beispielhafte Prüfnormen

- DIN EN 60068-2-1
- DIN EN 60068-2-2
- DIN EN 60068-2-14
- DIN EN 60068-2-30
- DIN EN 60068-2-78
- Kundenspezifische Klimaprogramme zur Alterung von Airbag-modulen und Gasgeneratoren

