

Klimaprüfschrank Espec ARS 1100

GWP-Inv. #900



1. Geräteparameter

- Hersteller: Espec Corp. 3-5-6 Tenjinbashi, Kita-ku Japan
- Prüfraumvolumen: 1100 l
- Prüfraumgröße (H x B x T, in cm): ca. 100 x 110 x 100
- Temperaturbereich: -75 °C bis +180 °C
- Temperaturänderungsgeschwindigkeit: $\pm 4,7$ K

2. Akkreditierter Prüfbereich

- Temperaturbereiche: -40 °C bis +180 °C
- Feuchtigkeitsbereiche: 10 % r.F. bis 97 % r.F.

3. Beispielhafte Prüfnormen

- DIN EN 60068-2-1
- DIN EN 60068-2-2
- DIN EN 60068-2-14
- DIN EN 60068-2-30
- DIN EN 60068-2-78

